

CT用被曝線量測定用ファントム

J I S Z 4752、4923 準拠

I E C 61233 準拠



材 質：アクリル樹脂

大きさ： 頭部用 直径 **16** c m 長さ **15** c m

体幹用 直径 **32** c m 長さ **15** c m